

公开采购会公告

会议名称：航天中心医院公开采购会
时 间：2026 年 9 月 23 日 13:30
地 点：玉海大厦会议室

序号	项目名称	数量	参数需求
1.	一站式服务中心柜台增项采购项目	/	1. 门诊柜台顶部墙板：长 29000 宽 15 高 900mm*1 2. 药房柜台顶部墙板：长 18000 宽 15 高 900mm*1 3. 门诊柜台办公桌：长 1400 宽 600 高 750mm*1 4. 门诊柜台：长 1525 宽 400 高 1000mm*1 5. 优质冷轧钢板，厚度≥1mm。表面抗菌粉末静电喷，采用热转印工艺（浅象木纹） 6. 50mm 蓝色腰线。柜子底座采用 304 不锈钢制造。台面使用 15mm 厚度石英石。 7. 15mm 厚度磨砂亚克力做分隔挡板。 8. 办公桌台面使用 25mm 厚办公灰木饰面板。 9. 配备高背旋转办公座椅 1 个。 10. 保修≥3 年
2.	定制桌柜采购项目	/	1. 登记预约窗口办公桌：长 1400 宽 600 高 750mm*2 2. 注射操作台：长 1000 宽 600 高 2170mm*1 3. 配液室操作台：长 2500 宽 600 高 2170mm*1 4. 柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1mm。 5. 表面抗菌粉末静电喷，耐腐蚀。 6. 柜门铰链采用 304 不锈钢阻尼铰链。 7. 柜子底座采用 304 不锈钢制造。 8. 台面使用 15mm 厚度亚克力人造石英石。 9. 所有五金使用库博、海福乐、DTC 或者同等质量五金。 10. 柜门采用无拉手工艺，柜门均带锁。 11. 保修≥3 年
3.	手术器械包装台采购项目	3	1、长 1800mm，宽 700mm，下层高 850mm，上层高 1800mm。 2、包装台整体结构为 304 不锈钢材质，钢材厚度 1mm。 3、包含翻斗储物盒，每组不少于 5 个，至少两

			组。 4、配备电脑支架，可安装一体式电脑。 5、包装台至少两层，下层进行器械组配和包装，上层用于物品存放。 6、包装台需配备高清摄像头，可对器械组配进行视频录制，便于工作开展。录像回放时长应≥90天 7、保修≥1年
4.	全自动配血及血型分析仪采购项目	1	1.方法：微柱凝胶法； 2.检测项目与原理：抗体筛查及交叉配血检测，采用微孔板抗人球蛋白法原理进行 IgG 不规则抗体筛选； 3.加样：自动加样； 4.孵育器：>36 个孵育位； 5.离心机：>2 台独立离心机。
5.	中心监护系统采购项目	1	1.可对接床边监护≥20 床，支持有线，无线联网，可支持双屏，双屏显示情况下，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息 2.具有声光报警及报警床位的醒目的提示功能；提供声、光、文字多重报警提醒功能。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前的波形。支持系统报警声音关闭功能:提供全床位最近 24h 的报警事件浏览功能。 3.标准屏幕同屏显示每个病人至少 2 道波形，包括心律失常分析，ST 段分析功能，ST 测量点可任意调节，可查看趋势回顾，报警回顾，事件回顾，波形回顾，ST 全息回顾并打印。回溯查看；可调取对应发作时段原始心电波形，便于事件复核，支持重点床位放大观察模式 4.可打印实时波形≥20 秒，保证医护人员在发现病人异常状况时第一时间对病人信息进行打印归档。 5.系统对接与交互：支持双向通讯，中央站可同步查看床旁监护信息；具备 HL7 标准接口，可对接医院 HIS/LIS 系统，支持网络打印报告，提供中文操作界面 6.患者全流程信息管理：完整覆盖患者入科 转床 出院全流程管理；出院患者监护历史数据可归档检索，支持 PDF 报告导出、网络打印，方便病历调取与科研回顾 7.保修期≥2 年
6.	病床、转运车采购项目	/	详见附件 1

7.	航天中心医院玉泉路院区 肾内科血透室水处理设备 耗材更换（预处理滤料及 反渗透膜）项目	/	详见附件 2
8.	航天中心医院玉泉路院区 药剂科急诊药房取药系统 搬迁项目	/	搬迁要求： 规格型号：HKC-ISS-S-24 拆机及配件归类服务 设备迁移及安装服务 设备调试及校准服务
9.	航天中心医院医疗光源设 备维修配件采购项目	/	详见附件 3
10.	航天中心医院玉泉路院区 消化科内镜中心电子胃肠 镜 260 系列维保采购项目	/	详见附件 4
11.	2026 年网络安全等级复 评项目	/	详见附件 5

附件 1

序号	品名	规格	材质
1	双摇床	2160*900*500mm	1、床头、床尾板采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，美观大方，手感光滑，易清洁，可轻松装卸，带锁定装置； 2、床边护栏采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，4 个小护栏立卧定位，加阻尼结构，升降自如，无噪音； 3、优质中控双面脚轮，直径 125mm；左右各 2 个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨；能经水洗和高温消毒；主架万向转动轴及双轮轴采用静音耐高温油脂精度滚珠轴承； 4、摇手：ABS 材质，一次性注塑成型。内置钢芯，隐藏式设计，可折叠至 45 度。 5、功能： 采用双向到位极限保护螺管系统，即实现病床摇起到一定角度后，摇杆可继续摇动，但病床摇起角度不再改变； 6、床体可承受载重$\geq 200\text{kg}$ 7、背部可升降角度：0-70°（$\pm 5^\circ$），腿部可升降角度：0-45°（$\pm 5^\circ$） 8、床面采用厚 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，保持床板的完整性、提高床板强度，床板四角平滑完整，背部钢管加固结构，增强抗压，带模压凹槽和透气孔。采用机器人焊接设备焊接，关键部

			位采用满焊，超声波除锈，静电粉末喷涂，抗冲击耐腐蚀，具有良好的透气性和耐用性，整体升降采用先进工艺； 9、床垫规格：厚度 80mm，长宽根据病床大小匹配，面料采用防水耐磨布，内褥为高密度海绵+椰棕，使用舒适，久用弹力依旧，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮床垫套易清洁，可拆洗 10、配置：片盒、泵架、杂物架、输液架等，具体配置按医院需求配置。
2	双摇床	2150*900*500mm	1、床头、床尾板采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，美观大方，手感光滑，易清洁，可轻松装卸，带锁定装置； 2、床边护栏采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，4 个小护栏立卧定位，加阻尼结构，升降自如，无噪音； 3、脚轮采用直径 125mm 优质单刹脚轮，刹车灵活，操作方便； 4、摇手：ABS 材质，一次性注塑成型。内置钢芯，隐藏式设计，可折叠至 45 度。 5、功能： 采用双向到位极限保护螺管系统，即实现病床摇起到一定角度后，摇杆可继续摇动，但病床摇起角度不再改变； 6、床体可承受载重$\geq 200\text{kg}$ 7、背部可升降角度：0-70°（$\pm 5^\circ$），腿部可升降角度：0-45°（$\pm 5^\circ$） 8、床面采用厚 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，保持床板的完整性、提高床板强度，床板四角平滑完整，背部钢管加固结构，增强抗压，带模压凹槽和透气孔。采用机器人焊接设备焊接，关键部位采用满焊，超声波除锈，静电粉末喷涂，抗冲击耐腐蚀，具有良好的透气性和耐用性，整体升降采用先进工艺； 9、床垫规格：厚度 80mm，长宽根据病床大小匹配，面料采用防水耐磨布，内褥为高密度海绵+椰棕，使用舒适，久用弹力依旧，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮床垫套易清洁，可拆洗 10、配置：片盒、泵架、脸盆架、杂物架、输液架等，具体配置按医院需求配置。
3	双摇床 (带翻转餐桌)	2150*850*500mm	1、床头、床尾板采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，美观大方，手感光滑，易清洁，可轻松装卸，带锁定装置；

			2、床边护栏采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，单个护栏立卧定位，加阻尼结构，升降自如，无噪音；配翻转式餐桌。 3、优质中控双面脚轮，直径 125mm；左右各 2 个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨；能经水洗和高温消毒；主架万向转动轴及双轮轴采用静音耐高温油脂精度滚珠轴承； 4、摇手：ABS 材质，一次性注塑成型。内置钢芯，隐藏式设计，可折叠至 45 度。 5、功能： 采用双向到位极限保护螺管系统，即实现病床摇起到一定角度后，摇杆可继续摇动，但病床摇起角度不再改变； 6、床体可承受载重$\geq 200\text{kg}$ 7、背部可升降角度：$0-70^{\circ}$（$\pm 5^{\circ}$），腿部可升降角度：$0-45^{\circ}$（$\pm 5^{\circ}$） 8、床面采用厚 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，保持床板的完整性、提高床板强度，床板四角平滑完整，背部钢管加固结构，增强抗压，带模压凹槽和透气孔。采用机器人焊接设备焊接，关键部位采用满焊，超声波除锈，静电粉末喷涂，抗冲击耐腐蚀，具有良好的透气性和耐用性，整体升降采用先进工艺； 9、床垫规格：厚度 80mm，长宽根据病床大小匹配，面料采用防水耐磨布，内褥为高密度海绵+椰棕，使用舒适，久用弹力依旧，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮床垫套易清洁，可拆洗 10、配置：片盒、泵架、杂物架、输液架等，具体配置按医院需求配置。
4	三摇床	2150*900*475/760mm	1、床头、床尾板采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，美观大方，手感光滑，易清洁，可轻松装卸，带锁定装置； 2、床边护栏采用优质 ABS 材料一次吹塑成型，4 个小护栏立卧定位，加阻尼结构，升降自如，无噪音； 3、优质中控双面脚轮，直径 125mm；左右各 2 个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨；能经水洗和高温消毒；主架万向转动轴及双轮轴采用静音耐高温油脂精度滚珠轴承； 4、摇手：ABS 材质，一次性注塑成型。内置钢芯，隐藏式设计，可折叠至 45 度。 5、功能：

			采用双向到位极限保护螺管系统，即实现病床摇起到一定角度后，摇杆可继续摇动，但病床摇起角度不再改变； 6、床体可承受载重$\geq 200\text{kg}$ 7、背部可升降角度：$0-70^{\circ}$（$\pm 5^{\circ}$），腿部可升降角度：$0-45^{\circ}$（$\pm 5^{\circ}$），整体升降 475-760mm。 8、床面采用厚 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型，保持床板的完整性、提高床板强度，床板四角平滑完整，背部钢管加固结构，增强抗压，带模压凹槽和透气孔。采用机器人焊接设备焊接，关键部位采用满焊，超声波除锈，静电粉末喷涂，抗冲击耐腐蚀，具有良好的透气性和耐用性，整体升降采用先进工艺； 9、床垫规格：厚度 80mm，长宽根据病床大小匹配，面料采用防水耐磨布，内褥为高密度海绵+椰棕，使用舒适，久用弹力依旧，床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮床垫套易清洁，可拆洗 10、配置：片盒、泵架、输液架等，具体配置按医院需求配置。
5	医用转运车		1、车面分体设计，背部可升降角度：$0-75^{\circ} \pm 5^{\circ}$；整车手摇升降范围：540-890 mm，操作省力，使用轻松。 2、背部床板升降采用阻尼器做支撑力源，升降操作简易方便。 3、车面及护栏均采用全新纯正原材料一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形。 4、脚轮采用中控脚轮，轮面采用超级 TPR 材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，无需加油护理，永不生锈；侧中控制式操作，一脚制动，四轮刹车，稳固可靠。 5、每车体配定向第五轮，移动时灵活掌控进退方向，操作轻松自如。 6、下隐藏式 ABS 安全护栏，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，利于转移病人护理操作。
6	医用转运车	2080*800*540/860mm	床面采用冷轧钢板一次冲压成型，背板板面为可透 X 光，整体升降采用进口双气压升降系统，中控刹车系统，转动灵活，刹车可靠。床体背部由气弹簧折起，手动摇杆可使腿部折起，前后倾斜由两侧踏板操作，使用方便，底罩采用 ABS 材质一体成型，氧气瓶 200mm 防缠绕脚轮，转动灵活，配铝合金护栏，输液架，引流挂钩。

以上需求产品保修≥3 年。

附件 2

航天中心医院玉泉路院区肾内科血透室水处理设备耗材更换（预处理滤料及反渗透膜）项目

配件名称	数量
反渗透膜-8040-海德能	3
树脂-C100-E	9
活性炭-rwap1017	10
砂子-25kg/袋	6

附件 3

航天中心医院医疗光源设备维修配件采购项目

配件名称	规格	备注
无影灯泡	24V25W	手术无影灯
电子氙灯	PE300BFA	内窥镜
电子氙灯	PE175BFA	内窥镜
欧司朗灯泡	24V100W	手术无影灯
欧司朗灯泡	24V150W	手术无影灯
欧司朗灯泡	24V250W	显微镜
欧司朗灯泡	XBO 100W/45C	内窥镜
飞利浦灯泡	6V30W	显微镜
生化灯泡	12V20W	生化仪
生化灯泡	12V100W	生化仪

附件 4

航天中心医院玉泉路院区消化科内镜中心电子胃肠镜 260 系列维保采购项目

服务内容：

设备全保，包含所有的零配件和工时费。

要求：

- 1、提供完善的内窥镜操作、日常维护及应急处理培训计划；
- 2、24 小时内提供备用品，保障临床正常使用；
- 3、7×24 小时全天候服务（含法定节假日），24 小时服务响应；
- 4、每季度对设备进行巡检，巡检流程规范、有详细信息化记录；
- 5、具备有完整产权的维修信息化管理平台（提供知识产权保护证明）；
- 6、提供完整维修记录、检测报告，建立可全周期追溯的维修档案。

配件名称	数量
胃镜 GIF-H260	3
胃镜 GIF-H260Z	1
胃镜 GIF-Q260	1
胃镜 GIF-Q260J	1
胃镜 GIF-XP260	1

十二指肠镜 JF-260V	1
超声内镜 GF-UCT260	1
肠镜 CF-H260AI	2
肠镜 CF-H260AL	1
肠镜 CF-Q260AI	1
主机	2

附件 5

2026 年网络安全等级复评项目

申请人的资格要求：

本项目的特定资格要求：具有网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书。

技术需求

一、项目背景

根据国家信息系统安全等级保护的相关要求，航天中心医院需要对备案的信息平台进行等保测评工作。

1. 测评对象：航天中心医院医院信息系统（包含医保前置机服务系统）、航天中心医院移动服务门户平台、航天中心医院门户网站
2. 备案等级：航天中心医院医院信息系统（HIS）、航天中心医院移动服务门户平台三级，航天中心医院门户网站二级。
3. 测评地点：航天中心医院（北京市海淀区玉泉路 15 号）

二、服务要求

1. 测评总体要求

- （1）供应商应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则，并依据相关国家标准、行业标准开展等保测评工作。
- （2）本测评要求提供的是最低限度的要求，供应商应保证提供符合本测评要求和有关标准的优质服务。
- （3）本测评要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2. 测评标准

参照国家当前信息系统网络安全等级保护相关标准。

3. 测评实施要求

- （1）投标方应针对本项目提供完整、详细的信息系统网络安全等级测评方案和项目实施计划。计划包括工程进度表、人员配备，实施说明等。
- （2）投标方应依据合同条款及相关标准分阶段向用户方提交测评文档，如系统安全风险报告、系统安全漏洞扫描报告、系统安全整改建议等。
- （3）投标方应按管理方要求提交信息系统网络安全等级保护测评报告，测评报告格式必须符合《信息安全技术 网络安全等级保护测评报告模版》。
- （4）投标人应成立合理的组织机构，严格按照项目管理制度保证测评工作按质、按量、按时实施。

4. 测评人员要求

- （1）投标方应组织一个专业化的团队来执行本项目。
- （2）该团队必须具备有经验的安全测评工程师，充分理解应用系统需求；熟悉信息系统安全测评；具有相应的信息技术软件检测基础理论和安全测评基础理论的专业知识；接受过软件、硬

件和网络技术等方面的技术培训；接受过知识产权保护方面的专门教育，具备知识产权意识，确保招标人利益和机密不被泄漏。

（3）投标方须指定一名项目总负责人，全程负责本项目测评工作。项目总负责人必须具有：5年以上的网络安全等级保护测评经验；2个以上大型系统的安全测评工作经验，以及测评项目管理经验。

（4）投标方须指派具有3年以上网络安全等级保护测评经验的人员全时承担项目重要岗位的工作。

（5）测评团队一经创建，不得随意变更。未经管理方许可，项目总负责人不得变更。

5. 测评环境要求

（1）招标方提供被测评的应用系统安全测评环境。如果是生产环境投标方必须给出合理的使用计划，该计划不会对生产环境造成任何影响。

（2）投标方必须在投标文件中详细说明用于本次测评的测评内容、测评方法、测评工具及其使用计划。

（3）投标方应对测评过程中使用的各种软件的版权负责。如果因此引起版权纠纷，由投标方承担相应责任。

6. 测评工具要求

为保证测评的公正和准确，测评所采用的测评工具均需为第三方测评工具，并且在应答文件中需写出具体的工具介绍和使用计划。

7. 测评产出物

网络安全等级保护测评报告。

8. 保密要求

投标方应与委托方签订保密协议。如果参与测评的人员在规定的保密期内发生失泄密行为，投标方应承担全部责任。

投标方必须在投标文件中对测评过程中引用或产生的所有资料做出明确的保密承诺，包括但不限于纸质文档、电子文档、数据、软件、程序等。保密责任最终以正式签署的保密协议为准。在未经采购人书面同意的情况下，投标方不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括所涉及的书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标方必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究法律责任的权力。投标方必须在对外保密的前提下，对从事本项目的供应商应提供有关情况的说明，所提供的情况说明仅限于执行投标必不可少的范围。